

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部  
人工呼吸器保守点検業務委託仕様書

1 業務委託の目的

救急業務及び救急支援業務で使用する人工呼吸器等の正常な機能を維持するために、点検整備を行うものとする。

2 契約期間

契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで

3 業務委託場所

(1)館山消防署	館山市北条686番地1 ①館山救急1号車 ②館山救急2号車 ③館山ポンプ1号車	0470-22-2903
(2)鴨川消防署	鴨川市横渚1393番地 ①鴨川救急1号車	04-7093-2131
(3)鋸南分署	安房郡鋸南町下佐久間953番地1 ①鋸南救急1号車	0470-55-3250
(4)千倉分署	南房総市千倉町牧田446番地 ①千倉救急1号車 ②千倉水槽1号車	0470-44-2100
(5)西岬分署	館山市浜田199番地1 ①西岬水槽1号車	0470-29-0119
(6)白浜分署	南房総市白浜町白浜2951番地 ①白浜救急1号車	0470-38-4194
(7)和田分署	南房総市和田町小川711番地2 ①和田救急1号車 ②和田救急1号車	0470-47-2200
(8)長狭分遣所	鴨川市金束1番地1 ①長狭水槽1号車	04-7098-0256
(9)天津小湊分遣所	鴨川市内浦352番地1 ①天津水槽1号車	04-7095-3610

4 保守点検業務対象機器

積載車両 13車両

人工呼吸器                   メデュマットイージーCPR   5台  
                                   パラパック200D   2台  
 減圧弁                       LSP減圧弁   12台  
                                   801J減圧弁   1台  
 自動心マッサージ器   LUCAS2   1台

配置場所	車両名称	人工呼吸器	減圧弁	自動心マッサージ器
(1) 館山消防署	館山救急1号車	メデュマットイージー	LSP減圧弁	LUCAS2
(2) 〃	館山救急2号車	パラパック200D	LSP減圧弁	
(3) 〃	館山ポンプ1号車		LSP減圧弁	
(4) 鴨川消防署	鴨川救急1号車	メデュマットイージー	LSP減圧弁	
(5) 鋸南分署	鋸南救急1号車	メデュマットイージー	LSP減圧弁	
(6) 千倉分署	千倉救急1号車	メデュマットイージー	LSP減圧弁	
(7) 〃	千倉水槽1号車		LSP減圧弁	
(8) 西岬分署	西岬水槽1号車		LSP減圧弁	
(9) 白浜分署	白浜救急1号車	パラパック200D	LSP減圧弁	
(10) 和田分署	和田救急1号車	メデュマットイージー	LSP減圧弁	
(11) 〃	和田水槽1号車		801J減圧弁	
(12) 長狭分遣所	長狭水槽1号車		LSP減圧弁	
(13) 天津小湊分遣所	天津水槽1号車		LSP減圧弁	

## 5 業務委託内容

### (1) 点検の実施

契約期間内に各保守点検対象機器の所定の試験及び点検を1回実施する。

点検については当消防本部の担当職員と日程調整のうえ、各保守点検対象機器を引き取り実施するものとする。その際に、引き取り数と同数の代替え器を準備するものとする。

### (2) 軽微な消耗品の交換については契約範囲内で実施すること。

### (3) 保守点検業務を行うにあたり保守業務要員は委託者の備え付けてある保守簿、または受託者使用のサービスカードに所要事項を記入の上、確認印を受けるものとする。

### (4) 点検内容

#### ア 人工呼吸器

(ア) 外観点検

(イ) 電気試験

(ウ) 機能・性能試験

#### イ 減圧弁

(ア) 外観点検

(イ) リークチェック

(ウ) 機能・性能試験

ウ 自動心マッサージ器

(ア) LUCAS 2 点検 基本点検パックに基づく点検

(イ) 基本点検パックの内容は担当者と協議し実施すること

6 その他

本仕様書に定めていない事項については必要に応じ協議の上定めることとする。